

Bestätigung

Nr.: BS-QS-01

Name des Ausstellers: Sengewald Klinikprodukte GmbH

Anschrift des Ausstellers: Adlerstr. 2
D-83101 Rohrdorf/Thansau

Gegenstand der Erklärung: Farben und Indikatoren

Die Firma Sengewald Klinikprodukte GmbH bestätigt hiermit:

daß alle von unserer Firma für die Herstellung von Verpackungen bzw. Sterilverpackungen, verwendeten Farben und Indikatoren (Dampf, Gas und Formalin) der:

DIN EN 868-2, -5, -6, -9, -10
DIN EN 867-2
DIN 58953 Teil 4

entsprechen.

Mit Ausnahme des Dampfindikators, Umschlag weiß auf braun, sind alle Indikatoren frei von Schwermetallen.

Die Indikatoren reagieren wie folgt:

Dampf-Indikatoren:
vollständige Reaktion bei

t = nicht weniger als 3 min bei T = 121° C (+3, -0);
t = nicht weniger als 30 s bei T = 134° C (+3, -0);

Gas-Indikatoren:
vollständige Reaktion bei

t = nicht weniger als 5 min bei T = 30° C (± 1),
Gaskonzentration 600 mg/l (± 30) und
rel. Feuchte 60 % (± 10);

Formalin-Indikator:
vollständige Reaktion bei

t = nicht weniger als 5 min,
Formaldehydkonzentration im Dampf 10 mg/l (± 1)
T = 70° C (± 2).

Unterzeichnet für und im Namen von:

Sengewald Klinikprodukte GmbH

Thansau, den 01.12.2006

Herbert Loferer
Sicherheitsbeauftragter MPG,
Leiter Qualitätssicherung

Name, Funktion



Unterschrift oder Äquivalent, autorisiert durch den Aussteller